

**Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

**„Nákup digitálního mamografického
přístroje-opakované řízení“**

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE**

Zadavatel:

**Město Tachov, zastoupená starostou města Mgr. Ladislavem Macákem
se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov
IČ 00260231**

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních ... Mgr. Ladislav Macák - starosta
tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických ... Poliklinika Tachov, příspěvková
organizace, Václavská 1560, IČ: 00868256, zastoupena ředitelem: Ing. Petr Tuháček
tel. 374 718 243

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel
zadávací dokumentace vyjma přílohy č. 3 ... Poremski, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem
Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85, společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 85739, IČ: 10832483, jednající: JUDr.

Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., jednatel a advokát, ev.č. v ČAK: 19550
Zpracovatel přílohy č. 3 ... Ing. Zdeněk Svoboda, Za Humny 235, 664 34 Rozdrojovice, IČ:
46945474

Žádost č. 1

Zadavatel v příloze č. 3 ZD Specifikace předmětu VZ Mamograf požaduje:

Generátor musí být umístěn v gantry mamografu

Bude zadavatel akceptovat nabídku mamografického přístroje s generátorem umístěným mimo gantry mamografu? Toto řešení zcela splňuje jak medicínské, tak obslužné požadavky kladené na přístroj tohoto typu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na původním požadavku, kdy vyžaduje kompaktní gantry a nebude akceptovat řešení se samostatně stojícím VF generátorem.

Samostatně stojící VF generátor vyžaduje nároky na změnu prostorového uspořádání a úpravu prostor.

Žádost č. 2

Zadavatel v příloze č. 3 ZD Specifikace předmětu VZ Mamograf požaduje:

Filtrace rentgenového svazku "uved'te typy materiálů filtrace", přístroj musí mít minimálně dva druhy materiálů filtrů pro standardní snímkování - min. Rh nebo Mo nebo Ag

Námi nabízený přístroj disponuje rentgenkou s wolframovou anodou a kolimátorem s třemi automatickými filtry z různých typů materiálů (Rh, Al, Cu), přičemž hliník a měď nejsou využívány ve standardním 2D režimu. Kombinace unikátního detektoru a wolframové anody nevyžaduje pro běžné 2D snímkování vícemateriálovou filtraci, tudíž je využíván pouze Rh filtr. Toto řešení má i odbornou oporu uveřejněnou ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ze dne 21. února 2021 – NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY A INDIKAČNÍ KRITÉRIA – MAMOGRAFIE.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s wolframovou anodou a jedním přídavným motorizovaným filtrem pro standardní 2D snímkování?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původním požadavku tak, jak jej definoval v technické specifikaci zadávací dokumentace a nebude akceptovat řešení s jednou přídavnou filtrací pro 2D snímkování.

Přídavná filtrace s použitím různých materiálů, slouží pro eliminaci neúčinné složky záření v primárním svazku pro různé velikosti a denzitu prsní tkáně, nemá primární vazbu s digitálním detektorem, jak uvádí tazatel.

Žádost č. 3

Zadavatel v příloze č. 3 ZD Specifikace předmětu VZ Mamograf požaduje:

Kompresní desky určené pro zobrazení se zvětšením, včetně zvětšovacího tubusu pro zvětšení 1,5x nebo 1,6x

Námi nabízený přístroj disponuje jedním faktorem zvětšení, a to 1,8x, přičemž nabízený faktor 1,8x překračuje požadavek zadavatele. Faktor zvětšení 1,8x je obecně nepoužívanější. Menší faktory zvětšení (1,5x nebo 1,6x) se využívají doplňkově jako druhý faktor zvětšení. Dva faktory zvětšení však zadavatel nepožaduje. Z medicínského hlediska máme za to, že námi nabízený přístroj vyhovuje požadavku zadavatele, byť má pouze vyšší hodnotu zvětšení 1,8x.

Bude zadavatel akceptovat nabídku mamografického přístroje s kompresní deskou určenou pro zobrazení se zvětšením včetně zvětšovacího tubusu pro zvětšení 1,8x?

Odpověď:

Zadavatel pro tento parametr trvá na požadavku dle znění textu v technické specifikaci zadávací dokumentace a nebude akceptovat nabídku, kde bude dostupný pouze tubus a kompresní deska s indexem zvětšení 1,8x.

Zadavatel na svém pracovišti používá pro nativní zvětšení nářadí s indexem 1,5x a z důvodu zachování stejného charakteru zobrazení požaduje právě takovýto index.

Dne 14. 7. 2022

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., advokát za
Poremski, advokátní kancelář s.r.o.